

连锁口腔机构现场管理巡检评分表						
评分：达标 2 分/部分达标 1 分/未达标 0 分						
门店编号：		门店名称：		巡检日期： 年 月 日		
巡检人：		巡检班次： ☐ 营业前 ☐ 接诊高峰 ☐ 午间 ☐ 闭店后		复核人：		
序号	巡检项目	检查标准	达标	部分达标	未达标	问题说明
1	诊室地面	地面清洁干燥，无血渍、污渍、水渍及杂物；出现污染即时清洁并留痕				
2	牙椅及周边	牙椅、痰盂、三用枪、灯柄、手机接口一患一清洁消毒，表面无血迹、无残留污渍				
3	治疗台面	台面物品定位摆放，清洁区与污染区分开，无过期或无关物品堆放				
4	垃圾分类容器	医疗（黄）与生活（黑）垃圾桶分类正确、加盖脚踏式、未满溢（≤3/4）				
5	手卫生设施	非手触式水龙头出水正常，洗手液、速干手消毒剂、干手纸在位且在有效期内				
6	候诊区	座椅、台面、饮水区及儿童区清洁，物品归位，地面无垃圾				
7	分区与流向	去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区分区明确，由污到洁单向流程，无逆行交叉				
8	器械清洗	器械回收后及时清洗，超声清洗机运行正常，酶洗液按比例配置并按规定更换				
9	牙科手机灭菌	牙科手机、车针一人一用一清洗注油一灭菌，严禁只消毒不灭菌				
10	灭菌效果监测	每锅次物理监测、每包化学监测合格；生物监测每周至少一次、植入物每批次合格				
11	无菌物品存放条件	离地≥20cm、离墙≥5cm、离顶≥50cm；存放区温度<24℃、相对湿度<70%				
12	无菌物品效期	无菌物品均在有效期内，包装干燥完好、标识清晰，无潮湿、破损、坠地、污染				
13	分类收集	感染性、损伤性、病理性等废物分类正确，黄色双层袋盛装、鹅颈封口				
14	锐器盒管理	车针、针头、刀片等锐器入专用利器盒，达 3/4 满即封口，严禁徒手分拣				
15	暂存点管理	专区专柜、上锁、防渗漏防鼠防蚊蝇，有警示标识，与库房及生活区隔离				
16	暂存时限	常温暂存不超过 48 小时，及时交由有资质单位转运				
17	交接登记	转移联单登记种类、重量、时间并双方签字，联单及登记保存≥3 年				
18	药品效期管理	分区分类，先进先出，近效期（≤3 个月）有预警标识，无过期药品				
19	冷藏药品	需冷藏药品（2-8℃）专用冰箱存放，每日记录温度两次，超限有报警与处置				
20	一次性无菌耗材	在有效期内、包装完好，专柜离地离墙存放，拆零后标注开启时间				
21	修复/印模材料	按说明书储存条件（避光、阴凉、防潮）存放，均在有效期内				
22	库房通道与货架	通道畅通无占用，货架标签清晰无遮挡，无超高堆放与品类混放				
23	限制区域门禁	消毒间、库房、影像室、医废暂存点非工作状态关闭上锁，非授权人员不进入				
24	放射防护	铅门/铅帘完好、工作指示灯正常，铅衣铅围领在位，操作人员佩戴个人剂量牌				
25	灭火器/消防设施	配置齐全，压力指针在绿区、在有效期、无遮挡，按点位定位摆放				
26	安全出口与疏散通道	安全出口向外开启、不锁闭，通道畅通、无纸箱/推车/杂物占用				
27	应急照明与疏散指示	断电后应急照明自动亮起，疏散指示标志清晰、常亮、指向正确				
28	急救设备	急救箱药品器械齐全并在效期，氧气瓶/AED（如配置）在位、压力正常、可用				
29	现场巡检记录	每班次/每日巡检表填写完整、签字，异常情况如实记录并拍照留痕				
30	整改闭环	发现问题明确责任人、整改时限与复核结果，形成闭环并归档可追溯				
本次得分合计		实得 分 / 满分 80 分 得分率 % 合格线：得分率≥90%				
巡检结论		☐ 合格 ☐ 限期整改（ 日内复核） ☐ 不合格				
填表与评分说明						
1.评分标准：完全符合“检查标准”记 2 分（达标）；主要符合、存在轻微问题且已现场处置记 1 分（部分达标）；不符合或缺失记 0 分（未达标）。逐项在对应列打“√”。						
2.巡检频次建议：诊疗区环境按营业前、接诊高峰、午间、闭店后分时段巡检；清洗消毒、医疗废物每日巡检；药械存储、限制区域与安全应急每日至少一次，消防/放射防护每周复核。						
3.问题闭环：凡记 1 分或 0 分项，须在“问题说明/整改要求”列写明问题、责任人与整改时限，整改完成后由复核人签字确认，并保留整改前后影像记录。						